

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) nº 019/2021

Processo nº 028/2021

De posse dos documentos que compõem o processo referenciado que teve como objeto registro de preços para testes rápidos IGG/IGM e Antígeno para detecção de anticorpos contra o vírus SARS – COV-2 para 25 municípios consorciados, conforme descritivas contidas do Anexo II - Termo de Referência, HOMOLOGO todo o procedimento levado a efeito pela Pregoeira nomeada pela Portaria CIVAP Nº 03/2020, que elegeu vencedora do certame a(s) empresa(s) a seguir identificada(s), para a(s) qual(is) ficam adjudicados os itens 01 e 02, do objeto licitado a saber:

Item	ALFA E OMEGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME com CNPJ nº 15.361.503/0001-60 e Inscrição Estadual nº 219.106.320.116, sito na Avenida Zélia de Lima Rosa, nº 599 Centro, no município de Boituva - SP (CEP 18550-000) Fone OXX (15)3316-5249:	Unida-de	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço					
1	Teste Rápido COVID-19, IGM/IGG. Teste rápido (exame), para ser utilizado nas ações emergenciais de detecção de COVID-19. Teste de Imunocromatografia Rápida COVID-19 IgG/IgM, para detecção de anticorpos IgG e IgM presentes em amostra humana de sangue total, soro ou plasma que fornece informações sobre o estágio da infecção pela COVID-19, desde casos assintomáticos até a fase de convalescência. Deve fornecer resultado rápido, em até 15 (QUINZE) minutos. Não deve precisar de equipamentos extras para leitura dos resultados. Não deve expor o profissional de saúde à aerossóis. Deve ter alta sensibilidade e especificidade: Sensibilidade acima de 88 % e especificidade acima de 99 %. "Corridas separadas para linha IgG (linha G) e IgM (linha M), contemplando ainda uma linha de controle (linha C)", aumentando a segurança do teste, um mês que estudos atuais têm demonstrado uma peculiaridade deste vírus que é quase coincidência dos picos das duas proteínas. O kit deve conter: Dispositivo de teste COVID-19 IgG/IgM, diluente de ensaio, tubo capilar, instrução de uso. A embalagem deve conter o número do lote, validade, registro na ANVISA e Ministério da Saúde. Marca: BASALL, Registro 80520090045	Und.	143500	5,98	858.130,00
Total do Proponente					858.130,00
Item	CELER BIOTECNOLOGIA S/A , com CNPJ nº 04.846.613/0001-03, Inscrição Estadual nº 062311102.00-36, sito na Rua Padre Eustáquio, nº 1133 Sobreloja 11, Carlos Prates, no município de Belo Horizonte - MG (CEP 30710-580) Fone OXX (31)3413-0814:	Unida-de	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço					
2	Teste para detecção rápida e quantitativa do ANTÍGENO nucleocapsídeo (Proteína N) do SARS-CoV-2 em amostras humanas se SWAB nasal, orofaríngeal ou nasofaríngeal. Os testes deverão ter sensibilidade acima de 90% e especificidade acima de 95%. A embalagem deverá conter número do registro da ANVISA, lote e validade. A caixa deverá vir com manual, solução diluente, cotonete para SWAB, tubo e cassete. Marca: WONDFO, Registro nº 80537410083	Und.	184280	8,90	1.640.092,00
Total do Proponente					1.640.092,00

Assis, 21 de julho de 2021.

LUIS GUSTAVO EVANGELISTA
PRESIDENTE DO CIVAP