

PRESTA ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2026
PROCESSO Nº 12/2026

OBJETO: Registro de preços, visando eventuais e futuras aquisições de medicamentos e outros.

SOLICITANTE: SOMA/SP HOSPITALAR.

Após a solicitação de esclarecimento via e-mail da empresa SOMA/SP HOSPITALAR, segue abaixo a resposta:

Questionamentos:

Item 49 - Seringa 1ml: Será aceito com a agulha fixa e não acoplada?

Resposta:

Será aceito conforme descritivo contido no Termo de Referência:

*"SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML, ESTÉRIL DE PLÁSTICO, ATÓXICA, CAPACIDADE 100 UI, INCOLOR COM RESISTÊNCIA MECÂNICA, CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRAVAÇÃO INDELÉVEL DE 0 A 100 UI COM DIVISÕES DE 2 EM 2 UNIDADES, **COM AGULHA HIPODÉRMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA** (MONO BLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO ÊMBOLO COM PISTÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA ATÓXICA, APIROGÊNICA. AGULHA DE DIMENSÕES 8,0 X 0,30 MM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADO, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO DO CANHÃO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. O PROD DEVERÁ ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006."*

Assis, 25 de março de 2026.

Dominique Vitória Volpe de Souza
Agente de Contratação/Pregoeira