

PRESTA ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2026

PROCESSO Nº 34/2026

OBJETO: Registro de preços, visando eventuais e futuras aquisições de material odontológico.

SOLICITANTE: DAKFILM COMERCIAL LTDA.

Após a solicitação de esclarecimento, via e-mail, da empresa Dakfilm Comercial Ltda., e a consulta à equipe técnica responsável, segue abaixo a resposta:

QUESTIONAMENTO:

A DAKFILM COMERCIAL LTDA., através desta requer esclarecimentos do processo de Pregão Eletrônico Nº 15/2026, como seguem:

O item 3 tem o seguinte descritivo: AGULHA GENGIVAL DE USO ÚNICO 30G (TAMANHO 0,3 X 0,21 MM) - (CURTA) - TRIBISELADA E SILICONIZADA, **ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA COBALTO**. USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR. PRODUTO ATÓXICO, PRODUTO DESCARTÁVEL. CX COM 100 UNID. CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO SE HOUVER, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA

O item 4 tem o seguinte descritivo: AGULHA GENGIVAL DE USO ÚNICO 15MM (TAMANHO EXTRA CURTA) TRIBISELADA E SILICONIZADA, **ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA COBALTO**. USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR. PRODUTO ATÓXICO, PRODUTO DESCARTÁVEL. CX COM 100 UNIDADES. CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL. PROCEDÊNCIA. DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, RECOMENDAÇÕES PARA O ARMAZENAMENTO SE HOUVER. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA

A licitante oferece o método de esterilização: **Produto estéril por gás óxido de etileno - EO**. Podemos participar com a informação citada?

RESPOSTA:

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa DAKFILM COMERCIAL LTDA., referente aos itens 03 e 04 do Pregão Eletrônico nº 15/2026, quanto à possibilidade de fornecimento de agulhas gengivais esterilizadas por óxido de etileno (ETO/EO), esclarece-se que a Administração manterá a especificação prevista no edital, que estabelece a esterilização por raios gama cobalto. A exigência constitui característica técnica definida para o objeto e não tem por finalidade direcionar ou restringir a participação de fornecedores. Ressalta-se que há mais de uma marca/fabricante disponível no mercado que atende às especificações estabelecidas, inclusive quanto ao método de esterilização exigido.

Dessa forma, não serão aceitos produtos esterilizados por óxido de etileno (ETO/EO) para os itens 03 e 04, devendo ser integralmente observadas as especificações constantes do edital.

Permanecem inalteradas as demais condições e exigências do instrumento convocatório.

Assis, 17 de agosto de 2026.

Flávia Gonçalves Zuchieri
Agente de contratação/Pregoeira